

Техническое задание ACP-700 UNICOS

№ п.п	Параметр	Требование технического задания	Соотве тствие требова нию (да/нет)	Примеча ние
	Проектор знаков ACP-700 Unicos	1 шт.		
1.	Оптотипы			
	Русские буквы	Наличие		
	Цифры	Наличие		
	Кольца Ландольта	Наличие		
	Ш-типа	Наличие		
	Таблицы Орловой	Наличие		
	Бинокулярный тест	Наличие		
	Дуохромный тест	Наличие		
	Астигматический тест группы	Наличие		
	Лучистая фигура	Наличие		
	Фория	Наличие		
	Фория с фиксацией	Наличие		
	Совпадение вертикалей	Наличие		
	Тест стерео зрения	Наличие		
	Красный/зеленый фильтр	Наличие		
	Поляризационные очки	Наличие		
	Четырёхточечный тест	Наличие		
	Фиксация	Наличие		
	Тест Шобера	Наличие		
2.	Основные параметры			
	Число тестовых таблиц	31		
	Время смены тестов	Около 0.3 сек.		
	Маска	Одиночное покрытие 1-ой из: 5 горизонтальных линий 5 вертикальных линий 21-ой одиночной буквы		
	Фильтр	Красный/зеленый		
	Проекционное расстояние	От 2.0 м. До 7.0 м.		
	Увеличение проекции	30x при 5-ти метрах		
	Проекционный размер	Диаметр 252мм (при 5 м.)		
	Угол наклона	Шаровой шарнир (плюс, минус 10 градусов)		
	Лампа	6 Вольт, 20 Ватт, Галлоген 100 часов продолжительности		

	Источник питания	220 – 240 Вольт 50/60 Гц.		
	Потребляемая мощность	50 Ватт.		
	Функция отключения	5 – 10 минут.		
	Габариты	Проектор – 265 мм (высота), 230 (ширина), 360 (длина) Пульт ДУ- 20 мм (толщина), 64 мм (ширина), 195 мм. (высота)		
	Масса	Проектор – 6 кГ. Пульт ДУ - 180 Гр.		
	Интерфейс	Восьмипиновый соединитель для синхронного выбора таблиц, маски и красно-зеленого фильтра при помощи дистанционного управления		
3.	Комплект поставки			
	Проектор знаков	Наличие		
	Пульт дистанционного управления	Наличие		
	Кабель сетевой	Наличие		
	Подставка для установки проектора на стол	Наличие		
	Чехол пылезащитный	Наличие		
	Экран поляризационный, металлический (400мм x 350мм),	Наличие		
	Фильтр поляризационный (очки) – 1 шт.	Наличие		
	Предохранитель запасной - 2 шт.	Наличие		
	Лампа запасная	Наличие		
	Батарейка (AAA-размера) - 2 шт.	Наличие		
	Саморезы - 4 шт.	Наличие		
4.	Обучение мед. персонала и			
	Обучение персонала на	Наличие		
	Гарантийный период на систему	12 месяцев		
	Наличие сервисной службы	г. Москва		
5.	Документы			
	Декларация соответствия	Наличие		
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора	Наличие		