

Технические характеристики

Наименование продукции: аппарат ультразвуковой диагностический для аксиального сканирования в офтальмологии, Accutome(США)

№ п/п	Технические характеристики	параметры
	Тип прибора	Прибор состоит из В-датчика и программного обеспечения.
	Область применения:	Диагностика патологий оптических сред и оболочек переднего отдела глаза. Визуализация внутренних структур глаза.
	Технология оцифровки УЗИ сигнала встроенная в датчик	Наличие
	Программное обеспечение	наличие
	Воспроизведение информации на компьютере	Наличие
	Встроенная функция Smooth Zoom (Плавный ZOOM)	Наличие
	Возможность сохранения до 34 секунд съемки в видео файл	Наличие
	Покадровый просмотр видеозаписи	Наличие
	Возможность фотографирования любого кадра	Наличие
	Создание протокола обследования в формате MS WORD с возможностью добавления фотографий в протокол	Наличие
	Возможность измерения расстояния	Наличие
	Возможность измерения объема выделенной области	Наличие
	Измерение углов передней камеры	Наличие
	Разрешение, не менее	0,015мм
	А-вектор	Наличие
	Характеристики датчика	
	Частота датчика	Не менее 48МГц
	Тип Кристалла	открытый
	Длина кабеля, не менее	1,83м
	Соединение с компьютером	USB Тип А
	Использование с компьютер с характеристиками не хуже	PC DELL Latitude D820 Intel Core 2Duo T7200 (2 ГГц) 4М L2 Cache, 667 МГц Dual Core I/O Port Минимум 4 USB 2.0 Операционная система Windows XP Professional, SP 2 Дисплей 15.4" WSXGA + LCD или больше Память 2Гб, DDR2-667 SDRAM Жесткий диск 80Гб , 9.5мм, 7200RPM CD/DVD 8X DVD +/- RW w/Roxio Video
	Комплектация:	
	Кейс для переноски	1 шт.
	Ультразвуковой датчик;	1 шт.
	Подставка для датчика	1 шт.
	Ножная USB педаль;	1 шт.

	Беспроводная мышь (манипулятор для компьютера);	1 шт.
	Данная инструкция по применению	1 шт.
	Компакт-диск (CD-диск) с программным пакетом для работы с прибором	1 шт.
	Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию	Наличие
	Возможность сервисного обслуживания	Наличие
	Наличие лицензии на техническое обслуживание оборудования	Наличие
	Наличие сервисного центра на территории РФ	Наличие