

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, МАКДЭЛ -08			
№ п/п	Наименование	Требуемые параметры (диапазон, наличие)	Предлагаемые параметры (указать фактическое значение)
<b>1. Общие требования</b>			
1.1	Регистрационное удостоверение Минздрава России	Предоставляется при поставке	
1.2	Сертификат соответствия Госстандарта России	Предоставляется при поставке	
1.3	Санитарно-эпидемиологическое заключение	Предоставляется при поставке	
1.4	Инструкция по эксплуатации на русском языке	Предоставляется при поставке	
<b>2. Технические характеристики</b>			
2.1	Мощность лазерного излучения на выходе полиолоконного кабеля в непрерывном режиме	$5 \pm 30\%$	
2.2	Длина волны лазерного излучения	0.63	
2.3	Индикатор уровня средней мощности	Цифровое табло, световая полоса	
2.4	Время сеанса(воздействия лазерным Излучением), секунд	От 1 до 9999	
2.5	Частота модуляции лазерного излучения	От 1 до 5 Гц	
2.6	Шаг частоты модуляции лазерного излучения, Гц	1	
2.7	Работа от сети переменного тока: частота 50Гц, номинальное напряжение 220В±10%	Наличие	
2.8	Мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА	не более 35	
2.9	Размеры блока управления, мм	не более 450x300x90	
2.10	Поливолоконный кабель, не более	Диаметр 15мм, длина 600мм	
2.11	Спекл насадка, не более	Диаметр 60x140мм	
2.12	Вес блока управления, не более, кг	2.5	