

№ п.п.	ПАРАМЕТР	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
	Анализатор поля зрения	_____ шт.		
1.	Общие требования:			
	Диаметр дуги, не менее , мм	600		
	Расстояние от подбородника до точки фиксации взгляда, не менее, мм	300		
	Поворот вокруг горизонтальной оси, не менее, градусов	360		
	Пределы исследования поля зрения, не менее, градусов	± 80		
	Цена деления шкалы дуги,градусов	10		
	Цена деления дисковой шкалы, градусов	10		
	Пределы абсолютной погрешности , градусов	± 3		
	Мощность, потребляемая прибором, должна быть не более, ВА	10		
	Периметр работает от сети переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220В.	± 22 В		
	Масса прибора, не более , кг	5		
	Габаритные размеры в собранном виде ДхШхВ, мм	500 x 210 x 800		
	Габаритные размеры в транспортной упаковке ДхШхВ, мм	650 x 350 x 120		
	Вес, не более, кг	5,00		
	Перемещение подбородника по вертикали	40 мм		
	Дополнительные тест-объекты белого цвета	диаметр 1 мм, 3 мм, 5 мм, 10 мм		
	Время установления рабочего режима после включения	1 с.		
	Непрерывный режим работы в течение	8 ч.		
	Включение тест-объекта осуществляется нажатием кнопки на ручке-указке, выбор цвета и яркости - многопозиционным переключателем на ручке-указке. Возможно предъявление следующих цветов: <ul style="list-style-type: none"> • Синий • Красный • Зеленый • Белый (максимальная яркость) • Белый (средняя яркость) • Белый (минимальная яр- 	Наличие		

	кость)			
2.	Комплект поставки:			
	Анализатор	1 шт.		
	Электронная Ручка-указка с цветными тест-объектами	1 шт.		
	Дополнительные тест-объекты белого цвета	4 шт.		
	Блок питания	1 шт.		
	Бланк схем полей зрения	300 шт.		
	Наглазник	1 шт.		
	Отвертка	1 шт.		
	Паспорт	1 экз.		
3.	Сервисная служба	Наличие		
4.	Документы			
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора	Наличие		
	Декларация соответствия	Наличие		
	Поверка	Наличие		