

№ п.п.	ПАРАМЕТР	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
	Анализатор определения границ, дефектов и световой чувствительности поля зрения компьютеризированный АПЗ-30/50/100	1 шт.		
1.	Общие требования:			
	Радиус сферы	300 мм		
	Диапазон измерения поля зрения	$\pm 80^\circ$;		
	Количество стимулов	Не менее 246 шт.		
	Размер стимула	2 мм		
	Длительность предъявления стимула	от 100 до 2000 мс		
	Интервал между стимулами	от 200 до 4000 мс		
	Время исследования	от 1 до 10 мин		
	Звуковая сигнализация	есть		
	Контроль фиксации взгляда	автоматический		
	Выбор фиксации взгляда	центральная точка или центральный крест		
	Методика	Надпороговая		
	Масса	7 кг		
	Габаритные размеры	450 x 550 x 600 мм		
	Программы:			
	- гемианопсия	Наличие		
	- глаукома-назальная ступенька	Наличие		
	- макула	Наличие		
	-периферическое поле зрения 100%	Наличие		
	-периферическое поле зрения 30%	Наличие		
	-периферическое поле зрения 50%	Наличие		
	-слепое пятно	Наличие		
	-тотальная периметрия 100%	Наличие		
	-тотальная периметрия 30%	Наличие		
	-тотальная периметрия 50%	Наличие		
	- центральное поле зрения 100%	Наличие		
	- центральное поле зрения 30%	Наличие		
	- центральное поле зрения 50%	Наличие		
	<u>Дополнительные программы</u>			
	Критическая частота слияния мельканий (КЧСМ) периферического зрения	Наличие		
	Глазной мускултренир.	Наличие		
2.	Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства			

	Обучение мед. персонала на рабочем месте	Наличие		
	Гарантийный период на систему	12 месяцев		
	Сервисная служба	Наличие		
3.	Документы			
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие		
	Сертификат соответствия	Наличие		