

Техническое задание на бесконтактный тонометр Shin Nippon NCT-10 (Япония)

Тонометр автоматический бесконтактный для измерения внутриглазного давления в сидячем положении пациента.

№ п.п.	ПАРАМЕТР	Технические требования	Параметры эквивалентности
1.	Технические требования:		
	Диапазон измерений	0-60 мм рт. ст. (0.0 - 8.0 кПа)	0-60 мм рт. ст. (0.0 - 8.0 кПа)
	Шаг измерений	1 мм рт. ст. (01 кПа)	Не более 1 мм рт. ст.(01 кПа)
	Рабочее расстояние	11.4 мм	Не более 11.4 мм
	Диапазон перемещения	вперед/назад ±22 мм; влево/вправо ±43 мм; вверх/вниз ±43 мм	вперед/назад не более ±22 мм влево/вправо не более ±43мм вверх/вниз не более ±43 мм
	Монитор	цветной LCD 5.6"	цветной LCD 5.6"
	Принтер	Встроенный термопринтер с автоматическим отрезанием бумаги	Встроенный термопринтер с автоматическим отрезанием бумаги
	Размеры	240 x 418 x 438 мм	Не более 240 x 418 x 438 мм
	Вес	15 кг	Не более 15 кг
	Внешний интерфейс	RC-232C, video out	RC-232C, video out
	Электропитание	100-240 В	100-240 В

Дополнительные требования:

- инструктаж мед. персонала на рабочем месте;
- гарантийный период на систему – 12 месяцев;
- сервисная служба в Москве;
- инструкция на русском языке;
- регистрационное удостоверение МЗ РФ;
- сертификат соответствия.