

№	Наименование товара		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			Количество
1	Автоматический рефрактокератометр PRK-6000	Авторефрактокератометр автоматический для определения объективной рефракции глаза и оптических параметров роговицы, измерением периферийной кератометрии, с цветным TFT монитором, функцией Touch-Screen и изменяемым углом наклона экрана (для удобства врача офтальмолога).	Рефракция	Сфера (сфера + цилиндр, D) Цилиндр (D) Ось (по) Вертексное расстояние (мм) Минимальный диаметр зрачка	-25.00 ~ +22.00 D (при VD=12.0 мм) С шагом измерения 0.12 или 0.25 0.00 ~ +/- 10.00 D С шагом 0.12 или 0.25 1 ~ 180 град. С шагом 1 град. 0.0 12.0 13.5 2.0 мм	
			Кератометрия	Радиус кривизны Роговичная рефракция (D) Роговичный астигматизм (D) Ось цилиндра (по) Диаметр роговицы	5.0 ~ 10.2 мм. С шагом 0.01 33.00 ~ 67.50 D (при K=1.3375) с шагом 0.05, 0.12, 0.25 0.00 ~ - 15.00 D С шагом 0.05, 0.12, 0.25 1 ~ 180 град. С шагом 1 град. 2.0 ~ 12.0 мм. С шагом 0.1 мм	
			Режим измерения		Авто/Ручной REF / KER / K(P) / K/R / CLBC	
			Измерение PC (мм)		10 ~ 85 мм	
			Монитор		Цветной 6.4" TFT LCD (640x480 пикселей) с функцией Touch-Screen и изменяемым углом наклона экрана.	
			Принтер		Встроенный ленточный термопринтер с функцией отрезания бумаги	

Режим энергосбережения	Наличие
Вес (кг)	Около 20 Кг
Размеры (мм)	300x500x430 мм
Напряжение питания	~ 100- 240 В 50/60 Гц
Стандартные принадлежности	
Бумага для принтера	Наличие
Бумажные пластины для лицевого упора	Наличие
Штифты для лицевого упора	Наличие
Заслонка	Наличие
Предохранители	Наличие
Пылезащитный чехол	Наличие
Салфетка для протирки линз	Наличие
Сетевой шнур	Наличие
Тестовый глаз	Наличие
Инструкция по эксплуатации	Наличие
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора	Наличие
Свидетельство о поверке	Наличие
Декларация соответствия	Наличие
Свидетельство об утверждении типа средств измерений	Наличие