

Техническое задание

Офтальмоскоп Neitz ВХа-РС

№ п.п	Параметр	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
		Шт.1		
	Офтальмоскоп - Neitz ВХа-РС			
	Перезаряжаемая рукоятка - 1 шт.	Наличие		
	Головка офтальмоскопа - 1 шт.	Наличие		
	Запасная галогенная лампочка офтальмоскопа L-29 – 1 шт.	Наличие		
	Жесткий футляр – 1 шт	Наличие		
	Настольное зарядное устройство на 2 прибора	Наличие		
1.	Офтальмоскоп			
	маленький круг или полукруг	Наличие		
	Большой круг	Наличие		
	Градуированное перекрестье	Наличие		
	Светящаяся щель	Наличие		
	Корректирующие линзы	от-36Dдо + 35D		
	Индикатор коррекции	Наличие		
	Возможность использовать цветовой фильтр 4000° К или поляризационный фильтр с любой диафрагмой.	Наличие		
	Защита от пыли	Наличие		
2.	Фильтр			
	Фильтр без красного спектра	Наличие		
	Встроенные поляризационные	Наличие		
	Синий светофильтр	Наличие		
3.	гарантийные обязательства			
	Гарантийный период	12 месяцев		
	Наличие сервисной службы	г. Москва		
4.	Документы			
	Сертификат соответствия	Наличие		
	Регистрационное удостоверение МЗ	Наличие		