

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**Проектор знаков EUCARIS (TSCP-800) (Sciencetera, Корея)**

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения показателя (при наличии)	Значения показателя
1. Общие сведения		
1.1	Код КТРУ	26.60.12.119-00000566
Характеристики по КТРУ		
1.1.1	Вывод изображения	На настенный экран
1.1.2	Количество тестовых слайдов/таблиц, шт.	Не менее 30
1.1.3	Расстояние демонстрации проекции	≥ 1.5 и ≤ 10.0
1.1.4	Способ расположения	Настольный
2. Технические параметры		
2.1	Количество встроенных тестов, не менее, шт.	32
2.2	Пользовательские программы	Наличие
2.3	Тесты обследования: буквы, фигуры, цифры, кольца Ландольта, красно-зелёные обследования, поляризационные, обследования астигматизма, фиксация точки, пересечённый цилиндр, вертикальная, горизонтальная и простая маска	Наличие
2.4	Минимальное расстояние установки, не менее, м	1,5
2.5	Максимальное расстояние установки, не более, м	10
2.6	Источник освещения	светодиодный, не менее 10Вт
2.7	Время смены кадров, сек	0,2
2.8	Габариты, не более, см	170 (ш) x 310 (г) x 220 (в)
2.9	Вес, не более, кг	6
3. Комплект поставки		
3.1	Пульт дистанционного управления, шт.	1
3.2	Кабель сетевой, шт.	1
3.3	Чехол пылезащитный, шт.	1
3.4	Экран (410x280 мм для расстояния 5 м), шт.	1
3.5	Подставка для установки проектора на стол, шт.	1
3.6	Батарейка для пульта управления, шт.	2
3.7	Руководство по эксплуатации	1
3.8	Паспорт	1
4. Требование к документации		
4.1	Регистрационное удостоверение	Наличие
4.2	Гарантия на оборудование	Не менее 12 месяцев