

Техническое задание на экзофтальмометр

№ п.п.	Технические характеристики	Параметры	Соответствие параметрам	Примечание
1.	Тип прибора	Прибор для измерения степени выпячивания глазного яблока из орбиты		
2.	Принцип работы	Прибор позволяет проводить исследование и наблюдение у пациентов с заболеванием щитовидной железы и при опухолях орбиты		
3.	Измерение выпячивания глазного яблока	0 – 34 мм		
4.	Измерение расстояния между наружными углами глазниц	78 – 122 мм		
5.	Вес без упаковки/в упаковке	150/410 г		
6.	Длина	231 мм		
7.	Габаритные размеры кейса (ШхДхВ)	135х255х45 мм		
	Прочие требования:			
1.	Инструкция по эксплуатации на русском языке	Наличие		
2.	Регистрационное удостоверение	Наличие		
3.	Сертификат соответствия	Наличие		