

Рабочее место UN-301 (Takagi)

№	Требования	Параметры
1. Технические характеристики		
1.1	Стол	
1.1.1	Размер	770 x 400 мм
1.1.2	Высота	870 мм
1.1.3	Допустимая нагрузка	2 прибора по 25 кг каждый
1.1.4	Перемещение	90°
1.2	Кресло пациента	
1.2.1	Высота кресла пациента	от 500 до 630 мм
1.2.2	Моторизованная регулировка высоты	130 мм
1.2.3	Максимальная нагрузка	150 кг
1.3	Кронштейн проектора знаков	наличие
1.4	Электропитание и разъемы	
1.4.1	Выход питания проектора знаков	50 Вт, 50/60 Гц
1.4.2	Гнездо для зарядки малых приборов	Зарядное устройство постоянного тока 4В, 1А
1.4.3	Прямой выход питания	50 Вт, 50/60 Гц
1.4.4	Выход питания под столешницей	Низкого напряжения: постоянный ток 6, 7.5, 9, 12В, 4А плавное управление яркостью 0 - 100% Прямой выход: 50 Вт, 50/60 Гц
1.4.5	Электропитание основного блока	100В, 115В, 220В, 230В, 50/60 Гц
1.4.6	Энергопотребление	900 Вт
1.5	Габариты	1450 X 1450 мм
1.6	Вес	145 кг
2. Документация:		
2.1	Регистрационное удостоверение МЗ	Наличие
2.2	Сертификат ГОСТ Р	Наличие