

Ручная щелевая лампа Kowa SL-15

№	Требуемые характеристики	Требуемые параметры (диапазон, наличие)
1.	<i>Общие требования</i>	
1.1	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие
1.2	Сертификат Соответствия Госстандарта России	Наличие
2	<i>Характеристики</i>	
3	<i>Микроскоп</i>	
3.1	Тип	Биноккулярный прямой, производящий реальное изображение
3.2	Угол конвергенции	13°
3.3	Увеличение	16X и 10X
3.4	Рабочее расстояние	~80мм(16x), ~100мм(10x)
3.5	Поле зрения	10мм (16X), 15мм (10X)
3.6	Диоптрийная коррекция окуляров	-8D - +4D
3.7	Визирное перекрестие	Встроено в оба окуляра
3.8	Диапазон изменения РЦ	От 50мм до 70мм
4	<i>Проектор щели</i>	
4.1	Выбор щели	Револьверный
4.2	Длина щели	Фиксированная 12мм
4.3	Ширина щели	0.1мм, 0.2мм, 0.8мм, пятно диаметром 12мм
4.4	Регулировка яркости	Полная, 1/4, 1/16
4.5	Угол проекции щели	Горизонтальный, ±60°
4.6	Фильтры	Встроенные синий фильтр
4.7	Источник света	Галогенная лампа 7.5В, 15Вт

4.8	Продолжительность непрерывного освещения	Около 40 мин.
5	<i>Электрические характеристики</i>	
5.1	Элемент питания	8.4В, 15Вт
5.2	Размеры, вес	Главный блок: 221мм x 106мм x 214мм, 790г
6	<i>Зарядное устройство</i>	
6.1	Тип	Зарядное устройство/подставка щелевой лампы
6.2	Выходные терминалы	Для зарядки встроенного и дополнительного аккумуляторов
6.3	Входное напряжение	АС100~240В, 50/60Гц
6.4	Входная мощность	90ВА
6.5	Размеры, вес	124мм x 253мм x 68мм, 1250г