

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ				
СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ СТЭП-02 (исп.4) 450x900 мм				
№ п.п	Параметр	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
	<b>СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ СТЭП-02 (исп.4) 450x900 мм.</b>	Шт. __		
	<b>Особенности столика</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оригинальная четырехколесная опора с тормозами на каждом колесе.</li> <li>• Конструкция позволяет легко усаживать пациента за столик без «спотыкания» через поперечину опоры столика.</li> <li>• Перемещение стола вверх и вниз обеспечивается при помощи трехпозиционного переключателя на колонне подъемного механизма.</li> <li>• Бесшумный плавный механизм подъема-опускания стола.</li> <li>• Колонна подъемного механизма, модель DLC2, Moteck Electric Corp.</li> </ul>			
<b>1.</b>	<b>Основные параметры</b>			
	Напряжение питания, В	130–250В 50 Гц		
	Потребляемая мощность, Вт	(108 Вт).		
	Розетки питания устанавливаемых приборов Кол-во, шт./мощность каждой,Вт	2/300		
	Допустимы вес устанавливаемых приборов, кг	70		
	Грузоподъемность макс, кг.	105		
	Минимальная высота стола, мм	669 ± 3%		
	Максимальная высота стола, мм	930 ± 3%		
	Амплитуда хода, мм	261 ± 3%		
	Скорость изменения высоты стола, мм/сек	18 ± 2		
	Размер столешницы, мм (±5) мм	Прямоугольная 450x900		
	Габаритные размеры стола в транспортной упаковке, мм (±5) мм	Два места 500x950x150 650x450x290		
	Масса стола без упаковки, кг	29 (± 5%)		
	Масса стола в транспортной упаковке, кг	33 (± 5%)		
	Габаритные размеры (максимально) в собранном виде, мм ВxДxШ (± 5 мм)	930x900x450		
<b>2.</b>	<b>Сервисная служба</b>	Наличие		
	Гарантийный срок	1 год.		
<b>3.</b>	<b>Документы</b>			
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора	Наличие		
	Декларация соответствия	Наличие		
	Паспорт	Наличие		
	Инструкция по эксплуатации	Наличие		
	Гарантийный талон	Наличие		