

Техническое задание

ОФТАЛЬМОСКОП ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОЗ-5

№ п.п	Параметр	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
	<b>Назначение</b> Офтальмоскоп зеркальный ОЗ-5 предназначен для исследования глазного дна, а также для объективного определения рефракции методом скиаскопии.	<b>Шт.1</b>		
<b>1.</b>	<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
	Фокусное расстояние вогнутого зеркала офтальмоскопа	170 ± 10мм.		
	Диаметр отверстия в отражающем слое зеркал,	3,5±0,5 мм		
	Световой диаметр зеркал, мм не менее	42		
	Размеры отверстий диафрагм:			
	Круглого (диаметр)	10± 0,5 мм		
	Прямоугольного	(5±0,25) (40±0,8)		
	Задняя вершина рефракции линз луп, дптр плюс	(13±0,25), плюс (20±0,35)		
<b>2.</b>	<b>Габаритные размеры:</b>			
	Офтальмоскопа	120x43x10мм		
	Луп	70x45x8 мм		
<b>3.</b>	<b>Масса не более</b>			
	Офтальмоскоп	50 г.		
	В полном комплекте	200 г.		
	Габаритные размеры	140x65x13		
	Средний срок службы, лет	не менее 3		
<b>4.</b>	<b>Гарантийные обязательства</b>			
	Гарантийный период	12 месяцев		
	Наличие сервисной службы	г. Москва		
<b>5.</b>	<b>Документы</b>			
	Сертификат соответствия	Наличие		
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие		