

## Линейка скиаскопическая

№ п.п	Параметр	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
	Линейка скиаскопическая	1 шт.		
<b>1.</b>	<b>Основные параметры</b>			
	Пределы воспроизведения рефракции, дптр	От - 19 до + 19		
	Абсолютная погрешность линеек не превышает значений в диапазонах, дптр От $\pm 1,0$ до $\pm 6.0$ Св. $\pm 6.0$ до $\pm 9.0$	$\pm 0.12$ $\pm 0.18$		
	Для линз движков, дптр $\pm 0.5$ $\pm 10.0$	$\pm 0.12$ $\pm 0.4$		
<b>3.</b>	<b>Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства</b>			
	Обучение персонала на месте	Наличие		
	Гарантийный период на систему	12 месяцев		
	Наличие сервисной службы	г. Москва		
<b>4.</b>	<b>Документы</b>			
	Сертификат соответствия	Наличие		
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие		