

Линейка скиаскопическая

№ п.п	Параметр	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
	Линейка скиаскопическая	1 шт.		
	1 линейка с положительными линзами и подвижной рамкой;	Наличие		
	1 линейка с отрицательными линзами и подвижной рамкой	Наличие		
1.	Основные параметры			
	Пределы воспроизведения рефракции, дптр	От - 19 до + 19дптр		
	Градация воспроизведения задней вершинной рефракции в диапазоне	от 0 до ±9,5 дптр через 0,5 дптр		
	Градация воспроизведения задней вершинной рефракции в диапазоне	Свыше ±10,0 дптр – 1,0 дптр		
	Длина линеек, мм	350,00		
	Ширина линеек, мм	40,00		
	Масса каждой линейки, Гр	200,00		
	Габаритрные размеры линеек в жестком футляре	425x45x60 мм		
	Масса комплекта в жестком футляре, не более	750 г.		
3.	Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства			
	Обучение персонала на месте	Наличие		
	Гарантийный период на систему	12 месяцев		
	Наличие сервисной службы	г. Москва		
4.	Документы			
	Сертификат соответствия	Наличие		
	Регистрационное удостоверение (Декларация соответствия)	Наличие		