


Техническое задание МАГНИТ ГЛАЗНОЙ МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ЛИТОЙ МГМЛ



№ п.п	Параметр	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
1.	Общие требования Магнит изготовлен из магнитного сплава, оболочка – из ударопрочного полистирола или из силиконовой резины, наконечники и футляр – магнитопровод – из углеродистой стали с гальваническим покрытием			
	Основные размеры			
	МАГНИТНАЯ СЕКЦИЯ			
	Длина	53 мм		
	Диаметр	35 мм		
	Диаметр присоединительного конуса	10,5 мм		
	НАКОНЕЧНИКИ			
	Диаметр рабочих концов наконечников			
	Наконечник № 1	1,0 мм		
	Наконечник № 2 и № 3	0,5 мм		
	Длина наконечников			
	Наконечник № 1 и № 2	16,0 мм		
	Наконечник № 3	29,0 мм		
	Диаметр присоединительного конуса	10,0 мм		
	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ			
	Магнитная секция - 1 шт.	Наличие		

	Наконечник № 1 – 1 шт.	Наличие		
	Наконечник № 2 – 1 шт.	Наличие		
	Наконечник № 3 – 1 шт.	Наличие		
	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ			
	Этикетка	Наличие		
2.	Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства			
	Обучение персонала на месте	Наличие		
	Гарантийный период	12 месяцев		
	Наличие сервисной службы	г. Москва		
	Документы			
	Сертификат соответствия	Наличие		
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие		