

Камера офтальмологическая цифровая	
Общие требования:	
Регистрационное удостоверение Минздрава России	Наличие
Декларация соответствия Госстандарта России	Наличие
Гарантийное обслуживание,	Не менее 12 с даты поставки
Инструкция на русском языке	Наличие
Послегарантийное сервисное обслуживание	Возможность
Технические характеристики:	
Назначение прибора	Получение изображений глазного дна при диагностике патологий сетчатки
Возможность проведения обследования у больных с ограниченными возможностями, лежачих пациентов	Наличие
Немидриатический скрининг глазного дна	Наличие
Изображение поверхности глаза человека и окружающих областей	Наличие
Изображения сетчатки	Наличие
Регулировка яркости изображения	Наличие
Регулировка масштаба изображения	Наличие
Фокусировка:	
<ul style="list-style-type: none"> • Автофокус 	Наличие, в диапазоне не менее от -11 до +3 D
<ul style="list-style-type: none"> • Ручная фокусировка 	Наличие, в диапазоне не менее от -20 до +20 D
Возможность видеозаписи	Наличие
Центрирование	Наличие
Поле обзора	Не менее 50°×40°
Источник освещения	LED
TFT-LCD дисплей	Не менее 4 дюйма
Память	Не менее 8 Гб
Разрешение изображения:	Не менее 3,38 Мп
Формат изображения JPEG	Наличие
Формат видео	MPEG-4
Интерфейс	USB
Беспроводная связь	WLAN 802.11 bgn, wpa2
Размеры базового блока	Не более 121 x 200x 98 мм
Вес базового блока	Не более 514 г
Питание от аккумулятора	Наличие
Комплект поставки единицы продукции:	
Камера офтальмологическая цифровая	1 шт.