

КТРУ26.60.12.119-00000730 - Периметр автоматический. Количество – 1 шт.

Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристики в заявке	Обоснование
Минимальная длительность стимула	≤ 0.1	Секунда	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	В соответствии с КТРУ
Максимальная длительность стимула	≤ 9.9	Секунда	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	В соответствии с КТРУ
Периметрия	Статическая		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	В соответствии с КТРУ
Цвет стимуляции	Зеленый		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	В соответствии с КТРУ
Мониторинг фиксации по Хейль-Кракау (индекс надежности)	Да		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	В соответствии с КТРУ
Автоматическое определение положения зрачка	Неважно		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	В соответствии с КТРУ