

Техническое задание линза высокодиоптрийная 78 диоптрий

| № п.п | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованию (да/нет) | Примечание |
|-----------|--|---------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1. | Общие требования | | | |
| | Световой диаметр, мм, не менее | 20 | | |
| | Увеличение, крат, при удалении от глаза пациента (13 мм.) | Приблизительно 0,8 | | |
| | Расстояние от линзы до глаза пациента, мм | Около 13 | | |
| | Габаритные размеры, мм, не более | Диаметр 30 x 15,5 | | |
| | Масса линзы, г, не более | 25 | | |
| | Футляр | Наличие | | |
| 2. | Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства | | | |
| | Обучение персонала на месте | Наличие | | |
| | Гарантийный период | 12 месяцев | | |
| | Наличие сервисной службы | г. Москва | | |
| | Документы | | | |
| | Сертификат соответствия | Наличие | | |
| | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | | |