

Техническое задание п. 2.1.17

Аппарат АТОС для магнитотерапии с фотостимулирующим устройством

№ п.п	Параметр	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
	Аппарат для магнитотерапии с фотостимулирующим устройством для терапии заболеваний глаз	1 шт.		
1.	Основные параметры			
	Максимальная величина амплитудного значения магнитной индукции на поверхности излучателя	33 мТл		
	Частота модуляции	1-16 Гц, с дискретностью 1 Гц		
	Род магнитного поля	Переменный, импульсный		
	Время реверсирования БМП и световых импульсов	1 мин		
	Число соленоидов в излучателе и световых стимулов в приставке	6 шт.		
	Набор световых стимулов приставки	Красный,зеленый,синий		
	Потребляемая мощность	Не более 40 ВА		
	Питание	220 В, 50 Гц		
2.	Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства			
	Обучение персонала на месте	Наличие		
	Гарантийный период на систему	12 месяцев		
	Наличие сервисной службы	г. Москва		
3.	Документы			
	Сертификат соответствия	Наличие		
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие		