

Техническое задание

Медицинский стол для приборов с электроприводом

№ п.п	Параметр	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
	Медицинский стол для приборов с электроприводом	Шт.1		
1.	Основные параметры			
	Размер столешницы	Не менее 400x500 мм		
	Полное перемещение вверх и вниз	160 мм		
	Максимальная высота стола	860 мм		
	Минимальная высота стола	700 мм		
	Регулировка высоты	700-860 мм		
	Электропривод	Наличие		
	Питание	220 В, 50 Гц		
	Потребляемая мощность	50 Вт		
	Допустимый вес устанавливаемых приборов	Не более 30 кг		
2.	гарантийные обязательства			
	Гарантийный период	12 месяцев		
	Сервисной службы	Наличие		
3.	Документы			
	Сертификат соответствия	Наличие		
	Регистрационное удостоверение	Наличие		