

## Щелевая лампа

№ п.п.	ПАРАМЕТР	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
	Щелевая лампа в стандартной комплектации	1 шт.		
<b>1.</b>	<b>Общие требования:</b>			
	<b>1.1.Микроскоп</b>			
	Тип	Конвергирующий бинокулярный микроскоп системы Галилея		
	Увеличение	3-ступенчатое		
	Общее увеличение	10x; 16x; 25x		
	Окуляр	13.5X		
	Диаметр поля зрения	21.5; 13; 8,0 мм		
	Диапазон межзрачкового расстояния	43 – 80 мм		
	<b>1.2.Осветитель</b>	Zeiss, горизонтальный		
	Тип, расположение			
	Диапазон измерения ширины щели	0-14 мм		
	Диапазон изменения длины щели	15; 8; 5; 3; 1; 0,2 мм		
	Диафрагмы	15; 8; 5; 3; 1; 0,2 мм		
	Вращение щели	0 – 180 град.		
	Фильтры	Синий, зеленый, ИК		
	Лампа	6 В,20 Вт		
	Регулировка яркости	Плавная на блоке питания		
	<b>Перемещение подвижного основания:</b>			
	Точное горизонтальное перемещение (мм)	24 мм		
	Перемещение горизонтальное вперед-назад	72 мм		
	Перемещение горизонтальное влево-вправо	100 мм		
	Вертикальное перемещение	30 мм		
	<b>Лицевой упор:</b>			
	Перемещение по вертикали	70 мм.		
	Фиксационная метка	Светодиод		
	Гарантийный период на систему	12 месяцев		
	Сервисная служба	Наличие		
<b>2</b>	<b>Документы</b>			
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие		
	Сертификат соответствия	Наличие		