

Техническое задание

Медицинский стол для двух приборов с электроприводом

№ п.п	Параметр	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
	Медицинский стол для двух приборов с электроприводом	Шт.1		
1.	Основные параметры			
	Размер столешницы	Не менее 480 x 900мм. мм		
	Полное перемещение вверх и вниз	190 мм		
	Максимальная высота стола	820 мм		
	Минималтная высота стола	630 мм		
	Регулировка высоты	620-830 мм		
	Электропривод	Наличие		
	Питание	220 В,50 Гц		
	Потребляемая мощность	50 Вт		
	Допустимый вес устанавливаемых приборов	Не более 50 кг		
2.	гарантийные обязательства			
	Гарантийный период	12 месяцев		
	Сервисной службы	Наличие		
3.	Документы			
	Сертификат соответствия	Наличие		