

Электростимулятор офтальмологический ЭСОФИ-01

№ п.п	Параметр	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
	Электростимулятор офтальмологический	1 шт.		
1.	Основные параметры			
	Амплитуда импульсов	0 - 500 мкА		
	Частота следования импульсов	1 - 60 Гц		
	Форма импульсов тока	Частотно модулированная пачка		
	Продолжительность сеанса стимуляции	1 - 15 мин		
	Автоматический контроль электрического сопротивления цепи пациента	Наличие		
	Масса	Не более 1 кг		
	Питание	220 В, 50 Гц		
2.	Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства			
	Обучение персонала на месте	Наличие		
	Гарантийный период на систему	12 месяцев		
	Наличие сервисной службы	г. Москва		
3.	Документы			
	Сертификат соответствия	Наличие		
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие		