

**Техническое задание на офтальмоскоп бинокулярный непрямой налобный  
ALMAS BIO 200 по КТРУ**

№	Наименование параметра	Наличие функции или требуемое значение
1	Код КТРУ	26.60.12.119-00000873 26.60.12.119-00000874
<b>Характеристики по КТРУ</b>		
1.1	Тип	Непрямой
1.2	Конструкция	На оголовье
1.3	Бинокулярная насадка	Да
1.4	Источник света	Светодиодная лампа
1.5	Сменные апертуры	Да
1.6	Количество апертур	3
1.7	Максимальная оптическая сила линзы, дптр	20
1.8	Питание	Аккумулятор, от сети
1.9	Светофильтр	Синий, Бескрасный (зеленый), Бесцветный, Желтый

**Дополнительные характеристики на офтальмоскоп бинокулярный непрямой налобный  
ALMAS BIO 200**

№	Наименование параметра	Наличие функции или требуемое значение
<b>1</b>	<b>Технические характеристики</b>	
1.1	Тип	Налобный бинокулярный бесконтактный офтальмоскоп
1.2	Назначение	Офтальмоскоп бинокулярный непрямой налобный является медицинским офтальмологическим инструментом с электропитанием для осмотра глазного дна и других структур глаза (роговицы, водянистой влаги, хрусталика и стекловидного тела), а также операций по лечению сетчатки.
1.3	Регулировка межзрачкового расстояния, мм	От 48 до 76
1.4	Регулировка головного обруча по окружности, мм	500-640
1.5	Регулировка головного обруча по глубине, мм	75-115
1.6	Регулировка угла светового пятна, °	±4
1.7	Апертуры (световое пятно)	Большая, средняя и малая
1.8	Фильтры	диффузор
1.9	Тип освещения	Светодиодная лампа
1.10	Интенсивность освещения	Плавная регулировка с максимальной интенсивностью не менее 1500 лк
1.11	Рабочее расстояние, мм	500
1.12	Минимальный диаметр зрачка, при котором возможно исследование	1 мм
<b>2</b>	<b>Габариты и вес</b>	
2.1	Размер основной части, мм	не более 290-430x210x170-210 мм (длина×ширина×высота)
2.3	Вес основной части, г	не более 500
<b>3</b>	<b>Комплектация</b>	
3.1	Офтальмоскоп (головной обруч и основная оптическая часть)	1 шт.
3.2	Депрессор склеральный	1 шт.
3.3	Ручка-присоска	1 шт.
3.4	Демонстрационное зеркало	1 шт.
3.5	Линза асферическая +20 дптр.	1 шт.
3.6	Линза плоская	2 шт.
3.7	Адаптер с проводом USB TYPE -C	1 шт.
3.8	Аккумуляторная батарея	не менее 2 шт.
3.9	Блок зарядный для аккумулятора	1 шт.
3.10	Кейс переносной	1 шт.
3.11	Руководство по эксплуатации	1 шт.
3.12	Паспорт	1 шт.
<b>4</b>	<b>Требование к документации</b>	
4.1	Регистрационное удостоверение	Наличие
4.2	Гарантия на оборудование	Не менее 24 месяцев