

**Автоматический статический периграф
«ПЕРИКОМ»**

№ п.п.	ПАРАМЕТР	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
	Автоматический статический периграф	1 шт.		
1.	Общие требования:			
	Радиус полусферы	300 мм		
	Исследуемое поле	180 град		
	Количество светодиодов	Не менее 206 шт		
	Время исследования	Не более 10 мин		
	Методика	Надпороговая		
	Перепад яркости светодиода	100 000 раз		
	Программы:			
	- тотальная периметрия	Наличие		
	- центральное поле зрения	Наличие		
	- периферическое поле зрения	Наличие		
	- макула	Наличие		
	- глаукома	Наличие		
	- меридианы	Наличие		
	- гемианопсия	Наличие		
	- носовая граница	Наличие		
	- парацентральные очаговые и дугообразные скотомы	Наличие		
	- назальная ступенька	Наличие		
	- темпоральный дефект	Наличие		
	- исследование слепого пятна	Наличие		
2.	Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства			
	Обучение мед. персонала на рабочем месте	Наличие		
	Гарантийный период на систему	12 месяцев		
	Сервисная служба	Наличие		

3.	Документы			
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие		
	Сертификат соответствия	Наличие		