

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ				
СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ СТЭП-02 (исп.4/1) 500x1000 мм				
№ п.п	Параметр	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
	СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ СТЭП-02 (исп.4/1) 500x1000 мм.	Шт. ___		
	<p align="center">Особенности столика</p> <ul style="list-style-type: none"> • Оригинальная четырехколесная опора с тормозами на каждом колесе. • Конструкция позволяет легко усаживать пациента за столик без «спотыкания» через поперечину опоры столика. • Перемещение стола вверх и вниз обеспечивается при помощи трехпозиционного переключателя на колонне подъемного механизма. • Бесшумный плавный механизм подъема-опускания стола. • Колонна подъемного механизма, модель DLC2, Moteck Electric Corp. 			
1.	Основные параметры			
	Напряжение питания, В	130–250В 50 Гц		
	Потребляемая мощность, Вт	(108 Вт).		
	Розетки питания устанавливаемых приборов Кол-во, шт./мощность каждой, Вт	2/300		
	Допустимы вес устанавливаемых приборов, кг	70		
	Грузоподъемность макс, кг.	105		
	Минимальная высота стола, мм	669 ± 3%		
	Максимальная высота стола, мм	930 ± 3%		
	Амплитуда хода, мм	261 ± 3%		
	Скорость изменения высоты стола, мм/сек	18 ± 2		
	Размер столешницы, мм (±5) мм	Прямоугольная 500x1000		
	Габаритные размеры стола в транспортной упаковке, мм (±5) мм	Два места 550x1050x150 650x450x290		
	Масса стола без упаковки, кг	30 (± 5%)		
	Масса стола в транспортной упаковке, кг	34 (± 5%)		
	Габаритные размеры (максимально) в собранном виде, мм ВxДxШ (± 5 мм)	930x1000x500		
2.	Сервисная служба	Наличие		
	Гарантийный срок	1 год.		
3.	Документы			
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора	Наличие		
	Декларация соответствия	Наличие		
	Паспорт	Наличие		
	Инструкция по эксплуатации	Наличие		
	Гарантийный талон	Наличие		