

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, МАКДЭЛ -09			
№ п/п	Наименование	Требуемые параметры (диапазон, наличие)	Предлагаемые параметры (указать фактическое значение)
1. Общие требования			
1.1	Регистрационное удостоверение Минздрава России	Предоставляется при поставке	
1.2	Сертификат соответствия Госстандарта России	Предоставляется при поставке	
1.3	Санитарно-эпидемиологическое заключение	Предоставляется при поставке	
1.4	Инструкция по эксплуатации на русском языке	Предоставляется при поставке	
2. Технические характеристики			
2.1	Время сеанса лазерного излучения, мин.	от 1 до 9	
2.2	Начальная установка времени и контроль времени до окончания сеанса с помощью цифрового табло	Наличие	
2.3	Возможность прерывания сеанса досрочно	Наличие	
2.4	Звуковой предупредительный сигнал по окончании сеанса лечения	Наличие	
2.5	Количество каналов излучения	2	
2.6	Количество пучков излучения на выходе из канала	2	
2.7	Режим работы излучателя	Непрерывный и импульсный	
2.8	Средняя мощность лазерного излучения в каждом пятне, мВт	1 режим: 0,3 - 0,6 2 режим: 0,6 - 0,9 3 режим: 0,9 - 1,5	
2.9	Регулировка межцентрового расстояния с помощью линейки на исполнительном блоке, или по изображению реперных светодиодов	Наличие	
2.10	Регулировка расстояния между центрами каналов, мм	от 56 до 68	
2.11	Работа от сети переменного тока: частота 50Гц, номинальное напряжение 220В±10%	Наличие	
2.12	Штатив	наличие	
2.13	Мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА	не более 20	

2.14	Размеры исполнительного блока, мм	не более 250x140x 55	
2.15	Вес исполнительного блока, кг	не более 0,3	
2.16	Размеры блока управления, мм	не более 240x220x95	
2.17	Вес блока управления, кг	не более 2	
2.18	Размеры устройства контроля мощности, мм	не более 40x85	
2.19	Вес устройства контроля мощности, кг	не более 0,2	
3. Комплектация			
3.1	Исполнительный блок	Наличие	
3.2	Блок управления	Наличие	
3.3	Устройство контроля мощности	Наличие	
3.4	Штатив	Наличие	