

Техническое задание

№ п/п	Наименование	Показатель
1.	Общие данные о продукции	
	Полное наименование	Настольный пахиметр AccuPach, Accutome (США)
	Количество	1 штука
	Основные характеристики медицинского оборудования	
	Основные требования к медицинскому оборудованию и материалам, применяемым при его изготовлении (с учетом выбора современных моделей, последних достижений техники в области здравоохранения)	Соответствие нормам безопасности, стандартам электросети, возможность обработки и дезинфекции
	Сведения о необходимости и условиях проведения ПИР и СМР (в случае привлечения субподрядчиков, указать условия их привлечения)	Не требуется
	Год выпуска оборудования	Не ранее 2009 г.
	Технические характеристики	
	Дисплей	ЖК дисплей
	Диаметр датчика	3 мм
	Частота дискретизации	65 МГц
	Диапазон измерения	300-999 мкм
	Клиническая точность	+/- 5 мкм
	Электронное разрешение	+/- 1 мкм
	Технология Accutome's Digital Signal Analysis	Наличие
	Требование к безопасности	Соответствие стандарту EN 60601-1 (серия электрических стандартов для медицинского оборудования)
	Размер	254мм x254x 6,35
	Расчет ВГД с учетом толщины роговицы	наличие
	Порт вывода данных	USB
	Условия обучения (на рабочем месте, график обучения)	Не требуется
	Крепление	настольное
	Требования к транспортировке оборудования, упаковке и условиям хранения	
	Необходимость соблюдения определенных условий при транспортировке	В соответствии с маркировкой на упаковке
	Требования к упаковке	Упаковка должна обеспечивать сохранность груза при транспортировке