

№ п/п	Наименование товара, работы, услуги.	Код позиции	Характеристики товара, работы, услуги				Обоснование использования дополнительной характеристики
			Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характерист ики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке	
1	Анализатор поля зрения	КТРУ: 26.60.12.119- 00000257 ОКПД2: 26.60.12.119	Радиус сферы	≥ 295 и ≤ 300	ММ	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	-
			Программа центральное поле зрения 50%	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	-
			Программа центральное поле зрения 30%	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	-
			Программа центральное поле зрения 100%	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	-
			Программа тотальная периметрия 30%	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	-
			Программа тотальная периметрия 50%	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	-
			Программа тотальная периметрия 100%	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	-
			Программа слепое пятно	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	-
			Программа периферическое поле зрения 50%	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	-
			Программа периферическое поле зрения 30%	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	-
			Программа периферическое поле зрения 100%	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	-
			Программа макула	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	-
			Программа глаукома- назальная ступенька	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	-
			Программа гемианопсия	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	-
			Выбор фиксации взгляда	Центральная точка		Участник закупки	-

						указывает в заявке только одно значение характеристики	
			Автоматическое определение положения зрачка	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	-
			Звуковая сигнализация	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	-
			Время исследования	≥ 1 и ≤ 10	мин	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	-
			Интервал между стимулами, мс	≥ 200 и ≤ 4000		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	-
			Длительность предъявления стимула, мс	≥ 100 и ≤ 2000		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	-
			Количество стимулов	≥ 246	шт	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	-
			Диапазон измерения поля зрения, градус	≥ -80 и ≤ 80		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	-
			Выбор фиксации взгляда	центральный крест		Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики	-
			Методика	надпороговая		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	-