

Щелевая лампа Shin Nippon SL-203

№	Требуемые характеристики	Требуемые параметры (диапазон, наличие)
1	Общие требования	
1.1	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие
1.2	Сертификат Соответствия Госстандарта России	Наличие
2	Технические характеристики	
2.1	Микроскоп	
2.1.1	Тип	Галилеевский
2.1.2	Угол конвергенции	14.2°
2.1.3	Объектив	0.4X, 0.67X, 1.07X, 1.7X, 2.67X
2.1.4	Окуляры	15X
2.1.5	Увеличение	6X, 10X, 16X, 25.6X, 40X
2.1.6	Поле зрения	6 - 37 мм
2.1.7	Смена увеличения	5-ступенчатый барабанный переключатель
2.1.8	Диоптрийная коррекция окуляров	±7D
2.1.9	Изменение РЦ	50 - 80 мм
2.1.10	Рабочее расстояние	97 мм
2.2	Осветитель	
2.2.1	Тип, расположение	Haag-Streit, вертикальный, верхний
2.2.2	Ширина свет. щели	0 - 10 мм
2.2.3	Длина свет. щели	0.5 - 10 мм
2.2.4	Диафрагмы	10, 6, 3, 1, 0.2 мм
2.2.5	Светофильтры	Синий, голубой, ИК, нейтральный
2.2.6	Вращение щели	0° - 180°
2.2.7	Наклон щели	0° - 20°
2.2.8	Лампа	12V / 50W
2.2.9	Регулировка яркости	Плавная на блоке питания
2.3	Перемещение подвижного основания	
2.3.1	Горизонтальное вперед – назад	80 мм
2.3.2	Горизонтальное влево - вправо	100 мм
2.3.3	Вертикальное	29 мм
2.3.4	Точное горизонтальное	20 мм
2.4	Лицевой упор	
2.4.1	Перемещение по вертикали	80 мм
2.4.2	Фиксационная метка	Светодиод
2.4.3	Рукоятки для пациента	Есть
2.4.4	Электропитание	220V, 50/60Hz
2.5	Размеры и вес	
2.5.1	Основание	24см x 15см
2.5.2	Высота	68.5см
2.5.3	Вес	22 кг
3	Комплектация	
3.1	Стандартные принадлежности	
3.1.1	Защитный чехол	наличие
3.1.2	Запасная лампа	наличие
3.1.3	Бумага для подбородника	наличие

3.1.4	Тест-экран	наличие
3.1.5	Рукоятки для пациента	наличие
3.1.6	Защитный дыхательный экран	наличие
3.1.7	Предохранители	наличие
3.1.8	Зеркало	наличие
3.1.9	Инструкция	наличие