

Техническое задание

Офтальмоскоп налобный бинокулярный NEITZ IOa

№ п.п	Параметр	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
	Офтальмоскоп NEITZ IOa	1 шт.		
1.	Основные параметры			
	РЦ	54 - 74 мм		
	Минимальный диаметр зрачка	2 мм		
	Область подсветки	Круг диаметром 19 мм, 50 мм или 80 мм (с расстояния 50 см)		
	Фильтры	УФ, Синий, Зеленый		
	Лампа	Галогенная (L-51), 6V 10W		
	Настенный блок питания	Наличие		
	Транспортировочный кейс	Наличие		
	Склеральный депрессор	Наличие		
	Учебное зеркало	Наличие		
	Настройка головного крепления	530 - 630 мм (также возможна подстройка по глубине)		
	Габариты	230 мм x 310 мм x 250 мм		
	Габариты	230 мм x 310 мм x 250 мм		
	Вес	480 г (Без кейса и блока питания)		
	Потребление энергии	20 Вт		
2.	Обучение мед. персонала и гарантийные			
	Обучение персонала на месте	Наличие		
	Гарантийный период на систему	12 месяцев		
	Наличие сервисной службы	г. Москва		
3.	Документы			
	Сертификат соответствия	Наличие		
	Регистрационное удостоверение	Наличие		