


ИГЛЫ тупые для промывания слёзного канала



№ п.п	Параметр	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
1.	Общие требования Иглы для промывания слёзного канала М-60-62, И-75-77, Н-217			
	Игла тупая прямая диаметр 0.6 мм, длина 22.5 мм – 1 шт.	Наличие		
	Игла тупая прямая диаметр 0.8 мм, длина 22.5 мм. – 1 шт.	Наличие		
	Игла тупая изогнутая плавно на 90 градусов диаметр 0.6 мм – 1 шт.	Наличие		
	Игла тупая изогнутая плавно на 90 градусов диаметр 0.8 мм – 1 шт.	Наличие		
	Игла тупая, изогнутая плавно на 60 градусов, диаметр 0.6 мм. – 1 шт.	Наличие		
	Игла тупая, изогнутая плавно на 60 градусов, диаметр 0.8 мм. – 1 шт.	Наличие		
	Картонная упаковка	Наличие		
2.	Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства			
	Обучение персонала на месте	Наличие		
	Гарантийный период	12 месяцев		
	Наличие сервисной службы	г. Москва		
	Документы			
	Сертификат соответствия	Наличие		
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие		