

Техническое задание

Прямой офтальмоскоп Neitz ВХа-13

№ п.п	Параметр	Требование технического задания	Соответствие требованиям	Примечание
	<b>Прямой офтальмоскоп Neitz ВХа-13</b>	<b>Шт.1</b>		
	Рукоятка без батареек	Наличие		
	Галогенная лампочка	Наличие		
	Запасная галогенная лампочка	Наличие		
<b>1.</b>	<b>Апертуры</b>			
	маленький круг или полукруг	Наличие		
	Большой круг	Наличие		
	Градуированное перекрестье	Наличие		
	Светящаяся щель	Наличие		
	Корректирующие линзы	от-36Dдо + 35D		
	Индикатор коррекции	Наличие		
	Возможность использовать цветовой фильтр 4000° К или поляризационный фильтр с любой диафрагмой	Наличие		
	Защита от пыли	Наличие		
<b>2.</b>	<b>Фильтр</b>			
	Фильтр без красного спектра	Наличие		
	Встроенные поляризационные	Наличие		
	Синий светофильтр	Наличие		
<b>4.</b>	<b>футляр</b>	Наличие		
<b>5.</b>	<b>гарантийные обязательства</b>			
	Гарантийный период	12 месяцев		
	Наличие сервисной службы	г. Москва		
<b>6.</b>	<b>Документы</b>			
	Сертификат соответствия	Наличие		
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие		