

МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Электрический офтальмоскоп с перезаряжаемой рукояткой и настольным зарядным блоком.

№ п.п	ПАРАМЕТР	Требование технического задания
1.	Общая характеристика	1 шт.
	Офтальмоскоп электрический предназначен для исследования глазного дна в стационарных или лабораторных условиях.	
2.	Технические характеристики:	
	Корректирующие линзы	Не менее, чем: от -35 до +40 .
	Количество диафрагм	фиксационно-измерительная сетка (звезда с полярными координатами), большая круглая диафрагма, средняя диафрагма, щель и полукруг.
	Фильтры	Бескрасный, голубой
	Оптическая система	Асферическая
	Освещение	ХНЛ ксенон-галогеновая лампа 3,5 В
	Регулировка освещения	Плавное регулируемое реостатом на рукоятке офтальмоскопа
	Пылезащитный корпус	Наличие
	Без рефлексный метод осмотра	Наличие
	Окно показывающее величину выбранной линзы	Наличие
	Управление	Одной рукой
	Комплектация	Офтальмоскоп с рукояткой NT ,зарядным устройством NT, запасная лампа ,кейс
3.	Документы	
	Сертификат соответствия ГОСТ Р	Наличие
	Регистрационное удостоверение Минздрава России	Наличие
	Инструкция на русском языке	Наличие
4.	Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства, сервисное обслуживание	

	Гарантия на оборудование	не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	Сервисная служба в г. Москве	Наличие